

Dekontaminationsbescheinigung

Geräte-Information*

Pos.	Gerät / Instrument	Seriennummer	Kommentar / Fehlerbeschreibung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

*Bei größeren Stückzahlen ist es möglich einen Excel-Auszug mit den benötigten Daten der Dekontaminationsbescheinigung anzufügen.

Biologische Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe des Labors, wo das Gerät verwendet wurde:

☐ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ S4

Hiermit bestätige ich, dass:

- ☐ das/die oben genannte/en Gerät/e **nicht** mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung gekommen ist/sind.
- ☐ das/die oben genannte/en Gerät/e mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung gekommen ist/sind.
- ☐ das/die oben genannte/en Gerät/e **nicht** mit dem SARS-CoV-2 Coronavirus in Berührung gekommen ist/sind.
- ☐ das/die oben genannte/en Gerät/e mit dem SARS-CoV-2 Coronavirus* in Berührung gekommen ist/sind.

*Auszug aus „Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen im Rahmen der Behandlung und Pflege von Patienten mit einer Infektion durch SARS-CoV-2 (Stand 1.4.2020)“: Thermische Desinfektionsverfahren sollten wann immer möglich bevorzugt angewendet werden. Ist dies nicht möglich, sollen Desinfektionsmittel mit nachgewiesener, mindestens begrenzt viruzider Wirksamkeit verwendet werden.

Beschreibung der Maßnahmen zur Dekontamination der aufgeführten Objekte:

- ☐ Wir erklären hiermit, dass die zu wartenden Gegenstände sorgfältig gereinigt und dekontaminiert wurden. Alle Gegenstände (Instrumente und weitere Gegenstände) sind frei von schädlichen Chemikalien, infektiösen oder radioaktiven Stoffen, sowie gesundheitsgefährdenden Proteinen, DNA oder bakteriellen Verunreinigungen. Alle oben aufgeführten Geräte sind sicher in der Handhabung.

Unterschrift der berechtigten Person

Firma / Abteilung

Ort, Datum

Wichtige Information: Werden geräte oder Teile autoklaviert, müssen diese vor Versand gründlich getrocknet werden. Weitere Informationen zur Reinigung und Versand entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung. Die vollständig ausgefüllte Dekontaminationserklärung ist Voraussetzung für die Weiterverarbeitung Ihres Auftrags. Wenn diese nicht Ihrer Sendung beiliegt, verzögert sich die Bearbeitung bis zum Erhalt Ihrer Dekontaminationsbescheinigung.

Weitere Informationen finden Sie unter online auf unserer [Service & Support Website](#).

Versandadresse Instrumente Service / Pipetten Service

Eppendorf Austria GmbH, Pipettenservice

Donau-City-Straße 11-13, 3rd floor, 1220 Wien

Instrumente Service • Tel.: +43 1 890 13 64-12 • service@eppendorf.at

Pipetten service • Tel.: +43 1 890 13 64-13 • pipettenservice@eppendorf.at

www.eppendorf.com/epServices

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf AG, Hamburg. The epServices® logo is a trademark of Eppendorf AG, Hamburg. All rights reserved including graphics and pictures. Copyright © 2021 by Eppendorf AG.